



**VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

GLP
ISO/IEC 17025
VILAS 108

**CHỨNG CHỈ PHÂN TÍCH
CHẤT ĐỐI CHIẾU
FENOFIBRAT**

SKS: QT271 010717

1. ĐẶC TÍNH

Mô tả : Bột màu trắng

Hàm lượng : 99,7 % $C_{20}H_{21}ClO_4$ tính trên chế phẩm nguyên trạng

Ngày kiểm tra lại : 30/03/2021 (Đã kiểm tra định kỳ 3/2020, hàm lượng không đổi, tiếp tục sử dụng)

2. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Dùng cho các thử nghiệm theo yêu cầu quy định của các dược điển.

3. ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản 2 - 8°C, tránh ánh sáng.

4. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Hàm lượng chất đối chiếu được tính trên chế phẩm nguyên trạng. Không sấy trước khi sử dụng.

Đề chất đối chiếu cân bằng tại nhiệt độ phòng 30 phút trước khi mở nắp.

Sử dụng ngay sau khi mở nắp.

5. THÔNG TIN KHÁC

Danh mục chất đối chiếu được cập nhật trên website: <http://www.idqc-hcm.gov.vn>.

Mọi thông tin thắc mắc và góp ý về chất đối chiếu vui lòng liên hệ Khoa Thiết lập Chất chuẩn và Chất đối chiếu-Viện Kiểm Nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh.

6. NGÀY CẬP NHẬT THÔNG TIN CCPT: 30/3/2020

LIÊN HỆ:

- Địa chỉ : 200 Cô Bắc, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại : 08 8 389 600 (số nội bộ 24 hoặc 36)
- Website : <http://www.idqc-hcm.gov.vn>
- Email : chatchuan@idqc-hcm.gov.vn